

THÔNG BÁO KẾT QUẢ
Về việc lựa chọn nhà cung cấp hiệu chuẩn thiết bị

Căn cứ Yêu cầu báo giá số 139/TB-TTKN ngày 10 tháng 4 năm 2025 của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ về việc hiệu chuẩn thiết bị.

Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng Khoa học Công nghệ cơ sở của Trung tâm ngày 22 tháng 4 năm 2025.

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ xin thông báo Viện Kiểm nghiệm Thuốc Thành phố Hồ Chí Minh đạt yêu cầu trong việc lựa chọn nhà cung cấp.

Trung tâm xin thông báo để các nhà cung cấp được biết và mong muốn sẽ được hợp tác trong thời gian tiếp theo.

Trân trọng./. *ms*

Nơi nhận:

- Các nhà cung cấp;
- Ban Giám đốc, các PTP;
- Phòng HCQT-TCCB;
- Lưu VT.



Lâm Hoàng Dũng

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM
THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM



NHÓM HÀNG: HIỆU CHUẨN

Nhà cung cấp: Viện Kiểm nghiệm Thuốc Thành phố Hồ Chí Minh

(Đính kèm Thông báo kết quả số 165/TB-TTKN ngày 25 tháng 4 năm 2025 của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ về việc lựa chọn nhà cung cấp hiệu chuẩn thiết bị)

Stt	Tên thiết bị	Số lượng (Cái)	Mã số thiết bị	Nội dung thực hiện
1.	Nhiệt ẩm kế tự ghi Elitech GSP-6	01	TB/KH/034.02	- Hiệu chuẩn: + Nhiệt độ (°C): 20, 25, 30 + Độ ẩm tương đối (%): 40, 60, 70
		03	TB/HM/034.03 TB/HM/034.04 TB/HC/034.05	- Hiệu chuẩn: + Nhiệt độ (°C): 20, 25, 30 + Độ ẩm tương đối (%): 40, 75
		01	TB/VL/034.06	- Hiệu chuẩn: + Nhiệt độ (°C): 20, 25, 30 + Độ ẩm tương đối (%): 40, 70

Tổng số: 05 thiết bị.

Handwritten signature in blue ink.